

Désignation / Designation

HYSTEROMETRE CH 10 / HYSTEROMETER CH 10


Référence / Reference

PS1251000

Fabricant / Manufacturer Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERQUIS	Référentiels / Referential Organisme notifié / <i>Notified Body</i> N° de certificat / <i>Certificate N°</i> Validité / <i>Validity</i>	ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012 Gmed -0459 8565 / 10229 30/12/2017
--	---	--

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials

- Partie distale souple: Polyéthylène / *Flexible distal part : Polyethylene*
- Manche rigide : Polystyrène / *Rigid handle : Polystyrene*


Utilisation / Use

L'hystéromètre CH 10 sert à apprécier la profondeur utérine, il permet également la dilatation du canal cervical avant intervention (pose de stérilet etc..) / *The hysterometer CH 10 allows measuring the uterine depth, it also allows the dilation of the cervix before intervention (IUD insertion etc...).*

➤ **Présence de Latex / Contains Latex : Non / No**

Usage unique / <i>Single use</i>	Oui / <i>Yes</i>
Stérile / <i>Sterile</i>	Oui / <i>Yes</i>
Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i>	Oxyde d'éthylène / <i>Ethylene oxide</i>
Péremption / <i>Expiration</i>	5 ans / <i>5 years</i>

Marquage CE / CE marking Classe / <i>Class</i> Organisme notifié / <i>Notified Body</i> Attestation / <i>Attestation</i> Validité / <i>Validity</i>	I Stérile / <i>I Sterile</i> Gmed - 0459 26672 30/12/2017
--	--

Conditionnement / Packaging

Boite de 25 unités en emballage individuel stérile / *Box of 25 units in individual sterile packaging*